


Consort

MANUAL
HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
ANLEITUNG



C3x10 - C3x11
C3x20 - C3x21
C3x30 - C3x31
C3040 - C3041
C3050 - C3051
C3060 - C3061

	<p>C3010 - C3011</p> <p>CH.1: pH, mV, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, Conductivity + Ref. + °C</p> <p>C3020 - C3021</p> <p>CH.1: pH, mV, O₂, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, O₂, Conductivity + Ref. + °C</p> <p>C3030 - C3031</p> <p>CH.1: pH, mV, Ion, O₂, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, Ion, O₂, Conductivity + Ref. + °C</p>
	<p>C3410 - C3411</p> <p>CH.1: pH, mV, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, Conductivity + Ref. + °C</p> <p>C3420 - C3421</p> <p>CH.1: pH, mV, O₂, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, O₂, Conductivity + Ref. + °C</p> <p>C3430 - C3431</p> <p>CH.1: pH, mV, Ion, O₂, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, Ion, O₂, Conductivity + Ref. + °C</p>
	<p>C3040 - C3041</p> <p>CH.1: pH, mV, Ion, O₂, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, Ion, O₂, Conductivity + Ref. + °C CH.3: pH, mV, Ion, O₂ + Ref. + °C CH.4: pH, mV, Ion, O₂ + Ref. + °C CH.5: pH, mV, Ion, O₂ + Ref. + °C CH.6: pH, mV, Ion, O₂ + Ref. + °C</p>
	<p>C3050 - C3051</p> <p>CH.1: pH, mV, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, Conductivity + Ref. + °C CH.3: pH, mV + Ref. + °C</p>
	<p>C3060 - C3061</p> <p>CH.1: pH, mV, Ion, Conductivity + Ref. + °C CH.2: pH, mV, Ion, Conductivity + Ref. + °C CH.3: pH, mV, Ion + Ref. CH.4: pH, mV, Ion + Ref. CH.5: pH, mV, Ion + Ref. CH.6: pH, mV, Ion + Ref. CH.7: pH, mV, Ion + Ref. CH.8: pH, mV, Ion + Ref.</p>

Index

General informations.....	1
Installation of the instrument.....	2
pH/mV/temperature measurement.....	3
Conductivity/TDS/Salinity/Resistivity measurement.....	4
Dissolved oxygen/Air pressure measurement.....	5
Maintenance of electrodes.....	6
Ion selective measurement.....	7
Good Laboratory Practice.....	7
Calibration reminder.....	7
Data Storage in the internal memory.....	8
External storage in a computer using USB, RS232 or Ethernet.....	8
Algemene informatie.....	9
Instelling van het toestel.....	10
pH/mV/temperatuur-meting.....	11
Geleidbaarheid/TDS/Saliniteit/Resistiviteitsmeting.....	12
Opgeloste-zuurstof/Luchtdruk-meting.....	13
Onderhoud van de elektroden.....	14
Ion-selectieve-meting.....	15
Goede Laboratorium Praktijk.....	15
IJk-waarschuwing.....	15
Data-opslag in het intern geheugen.....	16
Externe opslag in een computer via USB, RS232 of Ethernet.....	16
Informations générales.....	17
Installation de l'appareil.....	18
Mesure de pH/mV/Température.....	19
Mesure de Conductivité/TDS/Salinité/Résistivité.....	20
Mesure d'Oxygène dissous/Pression d'air.....	21
Entretien des électrodes.....	22
Mesure d'ions sélectives.....	23
Bonnes Pratiques de Laboratoire.....	23
Avertissement d'étalonnage.....	23
Collection de données dans la mémoire interne.....	24
Collection externe dans un ordinateur par USB/RS232/Ethernet.....	24
Allgemeine Informationen.....	25
Installation des Gerätes.....	26
pH/mV/Temperatur-Messung.....	27
Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Resistivitätsmessung.....	28
Gelöster-Sauerstoff/Luftdruck-Messung.....	29
Wartung der Elektroden.....	30
Ionenmessung.....	31
Gute Laborpraxis.....	31
Kalibrierwarnung.....	31
Datenspeicherung im internen Speicher.....	32
Externe Datenspeicherung in einen Computer über USB/RS232/Ethernet.....	32
Specifications.....	33
NIST pH buffers.....	34
Standard pH buffers.....	34
Conductivity standards.....	34
Redox standards.....	34

General informations

Introduction

This instrument is manufactured with the latest technology and needs no particular maintenance. **Consort** certifies that this instrument was thoroughly inspected and tested at the factory prior to shipment and found to meet all requirements defined by contract under which it is furnished. However, dimensions and other physical characteristics may differ.

The normal operating temperature should be between 0° and 40°C. Never use the instrument in a room with high humidity (>95 %) or at very low temperatures (condensation water!).

Manufacturer

Consort bvba
Parklaan 36
B2300 Turnhout
Belgium

Tel (+32)(14)41 12 79
Fax (+32)(14)42 91 79
E-mail: info@consort.be

Warranty

Warranty
This instrument (excluding all accessories) is warranted against defective material and workmanship for a period of thirty-six (36) months from the date of shipment ex factory. **Consort** will repair all defective equipment returned to it during the warranty period without charge, provided the equipment has been used under normal laboratory conditions and in accordance with the operating limitations and maintenance procedures in this instruction manual and when not having been subject to accident, alteration, misuse or abuse. A return authorisation must be obtained from **Consort** before returning any product for warranty repair on a freight prepaid basis!

Consort is not liable for consequential damages arising out of the use or handling of its products.

Servicing

In the event of this instrument being returned for servicing, the owner is requested **NOT** to send the following items unless they are suspect:

Manual

Maria Cables

Accessories

If serious malfunctioning occurs, stop using the unit immediately and consult your local **Consort** dealer.

AC adaptor

AC adapter: Connect the mains adapter to the DC socket. Do not hold the adapter by wet hand.

Keyboard

- MODE** = Selects the settings or escapes from error traps, calibration procedures, etc..by returning to the original mode.

↑↓ = Buttons for browsing between the selected modes, for entering a value or for selecting a function.

OK = Proceeds a function.

CAL = Starts a calibration.

STORE = Stores the displayed value or send it to a computer or printer.

HOLD = Holds display when measuring.

Inputs

The measuring electrodes should be connected to the coaxial connectors CH1 or CH2. Automatic temperature compensation and measurement are possible by connecting a Pt1000 temperature compensator to the banana connectors °C1 or °C2. Without compensator, the manual temperature compensation is automatically switched on. Model C34xx has two extra DIN connectors in parallel with CH.1 and CH2. **NEVER use DIN- and BNC- channels together!**

Outputs

A standard USB or Ethernet port is provided for interfacing the instrument with a computer or network.

A standard RS232 port is provided for interfacing the instrument with a printer. Data is sent in the ASCII code at a BAUD rate of 1200...115200 bps (8 bit, no parity, 1 stopbit).

Language

1. Press **MODE**.
2. Select **[SYSTEM]** and press **OK**.
3. Select **[LANGUAGE]** and press **OK**.
4. Select the desired language and press **OK**.

Contrast

1. Press **MODE**.
2. Select **[SYSTEM]** and press **OK**.
3. Select **[CONTRAST]** and press **OK**.
4. Adjust the contrast and press **OK**.

Date and time

1. Press **MODE**.
2. Select **[SYSTEM]** and press **OK**.
3. Select **[DATE/TIME]** and press **OK**.
4. Select **[MODIFY]** and press **OK**.
5. Adjust date and time and press **OK**.

Password

1. Press **MODE**.
2. Select **[SYSTEM]** and press **OK**.
3. Select **[PASSWORD]** and press **OK**.
4. A private code can be programmed to avoid undesired access to the instrument. Select **[YES]** and press **OK** to enter your secret sequence of 5 keys.

Stand by

1. Press **MODE**.
2. Select **[STAND BY]** and press **OK**.
3. Select **[YES]** (= continue automatically after a power failure) or **[NO]** (= instrument can be switched off).

Channels

1. Press **MODE**.
2. Select **[CHANNELS]** and press **OK**.
3. Select the desired channel and press **OK**.
4. Select the desired range and press **OK**.
5. Select the desired input for temperature compensation and press **OK**.

User standard tables

1. Press **MODE**.
2. Select **[USER TABLES]** and press **OK**.
3. Select **[pH buffers]** or **[S/cm standards]** and press **OK**.
4. Follow the instructions on the screen to enter the different values. The value for 25°C is obligatory!

pH/mV/temperature measurement

pH measurement

1. Select the desired mode (pH) by pressing $\uparrow\downarrow$. The display will immediately show the measured value according to the previous calibration. Should you want to recalibrate, press **CAL**.
2. The instrument permits to choose between the buffers in memory (1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 7.00, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 + up to 5 user tables). Select the proper values and press **OK**. The unused buffers should be switched off.
3. Rinse the electrodes with distilled water and immerse them in the first buffer solution. Select [CALIBRATE], press **OK** and follow the instructions on the screen until the calibration is finished.
4. After rinsing the electrodes with distilled water, immerse them in the samples and read the display.
5. Rinse the electrodes always with distilled water after use and store them in a 3...4 M KCl solution.
 - A *blinking decimal point warns you for unstable measurements. Wait to read the display!*
 - *Stirring the solution during the measurements promotes the homogeneity and is obligatory!*
 - *The instrument will refuse automatic calibration when the electrode is unstable. Insufficient stirring or a worn electrode may be the cause.*

Using pH electrodes with an abnormal zero point

1. Press **CAL**.
2. Select [$E_0 = x \text{ mV}$] and press **OK**.
3. Enter the zero point of the electrode and press **OK**.
 - *Hold MODE pressed and press \downarrow to change the resolution from 0.1 to 0.001 pH.*

mV measurement

1. Select the desired mode (mV) by pressing $\uparrow\downarrow$. The display will immediately show the measured value according to the previous calibration. Should you want to recalibrate, press **CAL**.
2. Immerse the electrodes in a standard solution of known potential. Select [CALIBRATE] and press **OK**. Adjust to the proper value and press **OK**.
 - *Select [RESET] and press OK to reset the calibration.*
 - *Hold MODE pressed and press \downarrow to change the resolution from 1 to 0.1 mV.*

Temperature measurement

1. Select the desired mode ($^{\circ}\text{C}$) by pressing $\uparrow\downarrow$. Should you want to recalibrate, press **CAL**.
2. Immerse the Pt1000 in a solution of known temperature. Select [CALIBRATE] and press **OK**. Adjust to the proper value and press **OK**.
 - *Select [RESET] and press OK to reset the calibration.*
 - *Without Pt1000, press CAL, adjust the manual temperature compensation and proceed by pressing OK.*

rH₂ measurement (C305x only)

1. After calibrating and rinsing the pH and redox electrodes with distilled water, immerse them in the solution to be measured.
2. Select the multi-channel display by pressing $\uparrow\downarrow$ and read the display.

μW measurement (C305x only)

1. After calibrating and rinsing the ORP and conductivity electrodes with distilled water, immerse them in the solution to be measured.
2. Select the multi-channel display by pressing $\uparrow\downarrow$ and read the display.

Conductivity/TDS/Salinity/Resistivity measurement

Conductivity measurement

1. Select the desired mode ($\mu\text{S}/\text{cm}$) by pressing $\uparrow\downarrow$. The display will immediately show the measured value according to the previous calibration. Should you want to recalibrate, press **CAL**.
 2. The instrument permits to choose between the standards in memory (1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm + up to 3 user tables). Select the proper values and press **OK**. The unused standards should be switched off.
 3. After rinsing the electrode several times with the first standard solution, immerse it in that standard. The solution temperature is not so critical but should lie between 0°C and 40°C. When no Pt1000 is used, do not forget to compensate manually first! Select [CALIBRATE], press **OK** and follow the instructions on the screen until the calibration is finished.
 4. Rinse the electrode several times with the sample, immerse it in that solution and read the display.
 5. Rinse the electrode always after use and store it in distilled water (add some detergent to keep the spongy platinum surface in perfect condition).
- A *blinking decimal point warns you for unstable measurements. Wait to read the display!*
 - *Stirring the solution during the measurements promotes the homogeneity and is obligatory!*
 - *The instrument will refuse automatic calibration when the electrode is unstable. Insufficient stirring or a worn electrode may be the cause.*
 - *When starting a titration, hold MODE pressed and press ↓ to lock the actual range and avoid cross-over errors due to differences in the measuring frequency. Hold MODE pressed and press ↓ to return again to the normal measuring mode.*

Temperature compensation

1. Press **CAL**.
2. Select [REF.] and press **OK**.
3. Select the temperature to which all future measurements will be referred to (25°C or 20°C) (C305x: 20°C...40°C in 1°C steps) and press **OK**.

Capacitive compensation

1. Capacitive compensation increases accuracy in the very low conductivity ranges (<10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Select whether or not this compensation should be applied. Verify if the attached electrode is completely dry and press **CAL**.
2. Select [CAP.COMP] and press **OK**.
3. Select [YES] or [NO] and press **OK**. Follow the instructions on the screen.

TDS measurement

1. Select the desired mode (mg/l)(TDS) by pressing $\uparrow\downarrow$. The display will immediately show the measured value.

Salinity measurement

1. Select the desired mode (SAL) by pressing $\uparrow\downarrow$. The display will immediately show the measured value.

Resistivity measurement

1. Select the desired mode ($\Omega\cdot\text{cm}$) by pressing $\uparrow\downarrow$. The display will immediately show the measured value.
- *To browse between conductivity, resistivity, salinity or TDS, hold MODE pressed and press ↑ sequentially.*

Dissolved oxygen/Air pressure measurement

Dissolved oxygen measurement (C3x2x/C3x3x/C304x only)

1. Select the desired mode (ppm) or (%O₂) by pressing ↑↓. The display will immediately show the measured value according to the previous calibration. Should you want to recalibrate, press CAL.
2. The display shows the salinity correction. Select the proper value and press OK. Leave salinity correction to zero unless you are going to measure in heavily salted solutions such as e.g. sea-water (35 g/l). Select [CALIBRATE], press OK and follow the instructions on the screen until the calibration is finished.
3. The electrode exposed to the air reaches an equilibrium corresponding to the partial pressure of oxygen and thus to saturation in water at the given temperature. The instrument shows the measured saturation, current, temperature, and will calibrate automatically when readings are stable.
4. After rinsing the electrodes with distilled water, immerse them in the samples and read the display. Stirring the solution during the measurements promotes the homogeneity and is **obligatory!** The advection rate must be at least 10 cm/s.
5. Rinse the electrode always after use and store it in distilled water.
 - A *blinking decimal point warns you for unstable measurements. Wait to read the display!*
 - *Stirring the solution during the measurements promotes the homogeneity and is therefore always recommended.*
 - *Hold MODE pressed and press ↓ to change the resolution from 0.1 to 0.01 ppm or from 1 to 0.1 %.*

Air pressure measurement (C3x2x/C3x3x/C304x only)

1. Select the desired mode (hPa) by pressing ↑↓. Should you want to recalibrate, press CAL.
2. Select [CALIBRATE], press CAL, adjust to the real air pressure and press OK.
 - *Select [RESET] and press OK to reset the calibration.*

Principle

The oxygen meter and its electrode function according to the Clark principle with silver as cathode and lead as anode in an electrolyte cell. Oxygen gas present in the electrolyte is reduced to OH ions at the cathode. The resulting current is diffusion limited and therefore proportional to the oxygen concentration in the sample solution. This current is amplified, corrected, and displayed in mg/l, ppm or % dissolved oxygen.

Interferences

All substances which can diffuse through the membrane and for which 800 mV potential suffices for polarographic reduction, will be reduced in the electrode. This will give a corresponding current contribution, if they are present. Interference can be caused by ions entering the electrode through porous or mechanically damaged membranes and by diffusion of other reactive gases apart from oxygen, e.g. CO₂, Cl₂, SO₂, and H₂S. These substances react in undesired manner with the electrode. Acidic or basic gases change the pH value of the electrolyte solution and thus disturb the reading, particularly when measuring small oxygen concentrations. High salt concentrations in the sample solution can falsify readings too.

pH electrodes

A pH electrode is active and stable only after wetting! For this purpose it must be immersed for at least ten hours in a 3...4 M KCl solution. During short interruptions (e.g. storage) the electrode should be immersed in a 3...4 M KCl solution. In doing this it is always kept ready for use. When the interruption is longer than a month, refill the closing cap with 3...4 M KCl and plug it on the electrode tip in order to protect the glass bulb. Before use, ensure that the reference part of the electrode is topped up with a 3...4 M KCl solution.

Avoid a low pressure inside the electrode! Therefore always remove the closure from the refilling aperture during the measurements as well as during the calibration. This allows the saltbridge solution to flow through the ceramic liquid junction and prevents contamination of the electrolyte. For the same reason, the inside level should always be higher than the outside level of the measuring solution. Close the refilling aperture again when storing the electrode.

A polluted electrode may be cleaned with a soft detergent or 0.1 M HCl. Greasy substances may be removed with acetone or alcohol (**never do this with plastic electrodes!**).

If the electrode is polluted by proteinaceous materials (such as blood), it should stand in a cleaning solution overnight and then be cleaned with distilled water before use. The pH electrode wears away by being used. If the electrode tends to respond slower and calibration becomes difficult, even after cleaning, it should be replaced by a new one.

Metal electrodes

Metal electrodes (Pt, Ag, Au) are always ready for use. During short interruptions they are immersed in distilled water. **They should be cleaned regularly:**

- *Silver electrodes are immersed in a concentrated ammonia solution during one hour.*
- *Platinum or gold electrodes are immersed in concentrated nitric acid during one hour.*

Conductivity electrodes

A conductivity cell is active and stable only after wetting! For this purpose it must be immersed for at least one hour in distilled water. Rinse the cell always after use and store it in distilled water (add some detergent to keep the spongy platinum surface in perfect condition).

A polluted cell may be cleaned with a soft detergent or diluted nitric acid. Greasy substances may be removed with acetone or alcohol (never do this with plastic electrodes!).

Dissolved oxygen electrodes

A dissolved oxygen electrode is active and stable only when polarised! The electrode body has almost unlimited life and requires no maintenance. After prolonged use of the electrode, it may become deactivated. An indication is that the electrode no longer responds correctly to calibration. In this case:

1. Carefully screw off the measuring head.
 2. Cautiously remove the precipitated deposits with the aid of filter paper. **Do not use grinding paper or a glass fibre!**
 3. Rinse several times with distilled water and shake carefully off the water drops.
 4. Take the measuring head, fill it with new electrolyte solution and very slowly screw it onto the electrode while holding it vertically.
 5. **Let the electrode rest for a few hours!** The electrode is now ready for use again.
- *Replace the membrane only when damaged, NOT when calibration is no longer possible!*

Ion selective measurement

Calibration and measurement (C3x3x/C304x/C306x only)

1. Select the desired mode by pressing $\uparrow\downarrow$. The display will immediately show the measured value according to the previous calibration. Should you want to recalibrate, press **CAL**.
2. The instrument permits to choose between the possible standards (1, 10, 100 ng/l, 1, 10, 100 µg/l, 1, 10, 100 mg/l, 1, 10, 100 g/l). Select the proper values and press **OK**. The unused standards should be switched off.
3. Select [**CALIBRATE**] and press **OK**.
4. After rinsing the electrodes with distilled water, immerse them in the first standard solution. Select the first calibration value and press **OK** when readings are stable. Go on in the same way with the next standard solutions.
5. Decide whether a blank correction should be carried out or not. Follow the instructions on the screen. After rinsing the electrodes with distilled water, immerse them in a blank solution. When readings are stable press **OK**.
6. Rinse the electrodes with distilled water, immerse them in the samples, and read the concentration on the display.

• *Maintenance: we refer to the manual supplied with the ion specific electrodes.*

Good Laboratory Practice

1. Select the desired range by pressing $\uparrow\downarrow$ and then press **CAL**.
2. Select [**GLP**] and press **OK**.
3. Select [**SHOW REPORT**] and press **OK**. Browse with $\uparrow\downarrow$ to show a complete calibration report.
4. Select [**SEND REPORT**] and press **OK** to send the report to a computer.

Calibration reminder

1. Select the desired range by pressing $\uparrow\downarrow$ and then press **CAL**.
2. Select [**GLP**] and press **OK**.
3. Select [**INTERVAL**] and press **OK**.
4. Select the desired time interval between each automatic warning for a new calibration of the electrodes and press **OK**.

1. Press **MODE**.
2. Select [DATA] and press **OK**.

Start the data-logging

1. Select [ACTIVATE] and press **OK**.
2. Decide whether data-logging should be carried out or not and press **OK**.
3. Select [CONTINUOUS] and press **OK**.
4. Decide whether the oldest data should be overwritten when the memory limit is reached or not and press **OK**.
5. Select [INTERVAL] and press **OK**.
6. Select the desired time interval between the data-logging and press **OK**.
7. Return to the measurements by pressing **MODE**.
8. The data-logging starts according to the previous settings while the display shows the logging-number e.g. [LOG.00027].

Process the stored values

1. Select [PROCESS] and press **OK**.
2. Select [TABLE] or [SEND] to display or send the stored data and press **OK** to continue. Follow the instructions on the screen.

Erase the stored values

1. Select [PROCESS] and press **OK**.
2. Select [ERASE] and press **OK**. Follow the instructions on the screen.

External storage in a computer using USB, RS232 or Ethernet

1. Press **MODE**.
 2. Select [SERIAL PORT] (only on Ethernet versions) and press **OK**.
 3. Select [INTERVAL] and press **OK**.
 4. Select the desired interval between the transmitted data and press **OK**. Pre-set to zero if no automatic transmitting is required.
 5. Select [BAUD] and press **OK**.
 6. Select the desired transmission rate and press **OK**.
- You can download free software and a suitable USB driver or an Ethernet configuration document from www.consort.be.

Algemene informatie

Inleiding

Dit toestel is gebouwd volgens de modernste technologie en hoeft niet speciaal te worden onderhouden. **Consort** bevestigt dat dit toestel grondig werd nagekeken en getest alvorens te worden verstuurd, en beantwoordt aan alle vereisten van het aankoopkontrakt. Er kunnen echter wel afwijkingen optreden in de afmetingen en andere fysische eigenschappen. De normale werktemperatuur moet tussen 0° en 40°C liggen. Gebruik het toestel nooit in een ruimte met hoge vochtigheidsgraad (>95 %) of bij zeer lage temperaturen (condenswater!).

Fabrikant

Consort bvba

Parklaan 36

Tel (+32)(14)41 12 79

B2300 Turnhout

Fax (+32)(14)42 91 79

Belgium

E-mail: info@consort.be

Waarborg

Dit toestel (uitgezonderd alle toebehoren) is gewaarborgd tegen defect materiaal of constructiefouten voor een periode van zesendertig (36) maanden vanaf de verzenddatum af fabriek. **Consort** zal elk toestel gratis herstellen, binnen de waarborgperiode, voor zover het werd gebruikt onder normale laboratorium omstandigheden volgens de werkvoorschriften en onderhoudsprocedures uit deze gebruiksaanwijzing en wanneer de oorzaak van het defect niet een ongeluk, een aanpassing, verkeerd gebruik of misbruik is. Er moet eerst een toelating van **Consort** verkregen worden vooraleer eender welk toestel franco terug te sturen voor herstelling onder waarborg!

Consort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik of behandeling van zijn producten.

Onderhoud

Mocht dit toestel worden teruggestuurd voor onderhoud, gelieve volgende toebehoren **NIET** mee te sturen, tenzij ze verdacht zijn:

Handleiding

Kabels

Toebehoren

In geval van ernstige storing, stop onmiddellijk het gebruik van het toestel en raadpleeg uw plaatselijke **Consort** verdeler.

Netadapter

Verbind de netadapter met de DC-bus. Zorg er steeds voor met droge handen te werken.

Toetsenbord

- | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODE | = Kiest de instellingen of ontsnapt uit foutmeldingen, ijkprocedures, enz.. door terug te keren naar de oorspronkelijk gekozen functie. |
| ↑↓ | = Toetsen om tussen de ingestelde metingen te schakelen, voor het instellen van een waarde of voor het kiezen van een functie. |
| OK | = Vervolgt een functie. |
| CAL | = Begint een ijking. |
| STORE | = De getoonde waarde wordt opgeslagen of verzonden naar een computer of printer. |
| HOLD | = Houdt de aflezing vast tijdens het meten. |

Ingangen

De meetelektroden moeten met de coaxiale ingangen CH1 of CH2 worden verbonden. Automatische temperatuurcompensatie en meting zijn mogelijk wanneer een Pt1000 temperatuurvoeler aan de °C1- of °C2-klemmen wordt aangesloten. Zonder Pt1000 is de manuele temperatuurcompensatie automatisch ingeschakeld. Model C34xx heeft twee extra DIN connectors in parallel met CH1 en CH2. **Gebruik de DIN- en BNC- kanalen NOoit tegelijk!**

Uitgangen

Dit model heeft een USB- of Ethernet-poort waardoor het met een computer of een netwerk kan verbonden worden.

Dit model heeft ook een RS232-poort waardoor het met een printer kan verbonden worden. De gegevens worden doorgestuurd volgens de ASCII code met een snelheid (BAUD) van 1200...115200 bps (8 bit, geen pariteit, 1 stopbit).

Taal

1. Druk op **MODE**.
2. Kies [SYSTEEM] en druk op **OK**.
3. Kies [TAAL] en druk op **OK**.
4. Kies de gewenste taal en druk op **OK**.

Contrast

1. Druk op **MODE**.
2. Kies [SYSTEEM] en druk op **OK**.
3. Kies [CONTRAST] en druk op **OK**.
4. Pas het contrast aan en druk op **OK**.

Datum en tijd

1. Druk op **MODE**.
2. Kies [SYSTEEM] en druk op **OK**.
3. Kies [DATUM/TIJD] en druk op **OK**.
4. Kies [WIJZIGEN] en druk op **OK**.
5. Kies de datum en tijd in en druk op **OK**.

Wachtwoord

1. Druk op **MODE**.
2. Kies [SYSTEEM] en druk op **OK**.
3. Kies [WACHTWOORD] en druk op **OK**.
4. Om ongewenste toegang tot het toestel te vrijwaren, kan men een wachtwoord programmeren. Kies [JA] en druk op **OK** om uw geheime volgorde van 5 toetsen in te geven.

Stand-by

1. Druk op **MODE**.
2. Kies [STAND-BY] en druk op **OK**.
3. Kies [JA] (= automatisch verder gaan na een stroomuitval) of [NEE] (= het toestel kan uitgeschakeld worden) en druk op **OK**.

Kanalen

1. Druk op **MODE**.
1. Kies [KANALEN] en druk op **OK**.
2. Kies het gewenste kanaal en druk op **OK**.
3. Kies het gewenste meetbereik en druk op **OK**.
4. Kies de gewenste temperatuurcompensatie-ingang en druk op **OK**.

Gebruikerstabellen

1. Druk op **MODE**.
2. Kies [GEBR. TABELLEN] en druk op **OK**.
3. Kies [pH buffers] of [S/cm standaarden] en druk op **OK**.
4. Volg de instructies op het scherm om de verschillende waarden in te geven.
De waarde voor 25°C is men verplicht in te geven!

pH/mV/temperatuur-meting

pH-meting

1. Kies het gewenste meetbereik (pH) met $\uparrow\downarrow$. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking. Druk op **CAL** om opnieuw te ijken.
2. Men kan nu kiezen tussen de opgeslagen buffers (1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 7.00, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 + max. 5 gebruikerstabellen). Kies de gewenste waarden in en druk op **OK**. De niet gebruikte buffers uitschakelen.
3. Reinig de elektroden met gedistilleerd water, dompel ze in de eerste bufferoplossing. Kies **[IJKEN]**, druk vervolgens op **OK** en volg de instructies op het scherm.
4. Reinig de elektroden met gedistilleerd water, dompel ze in de meetoplossing en lees de meter af.
5. Na gebruik de elektroden steeds met gedistilleerd water reinigen en vervolgens in een 3...4 M KCl oplossing bewaren.
 - *Een knipperende komma waarschuwt voor onstabiele metingen. Wacht nog even met aflezen!*
 - *Tijdens het meten is het aangeraden de oplossing te roeren om de homogeniteit te bevorderen.*
 - *Het apparaat weigert automatisch te ijken wanneer de elektrode onstabiel is. Onvoldoende roeren of een versleten elektrode kan hier de oorzaak van zijn.*

Elektroden met een afwijkend nulpunt gebruiken

1. Druk op **CAL**.
2. Kies **[E0 = x mV]** en druk op **OK**.
3. Geef het nulpunt van de elektrode in en druk op **OK**.
 - *Houd MODE ingedrukt en druk op ↓ om de resolutie te veranderen tussen 0,1 en 0,001 pH.*

mV-meting

1. Kies het gewenste meetbereik met $\uparrow\downarrow$. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking. Druk op **CAL** om opnieuw te ijken.
2. Dompel de elektroden in een ijkoplossing van gekend potentiaal. Kies **[IJKEN]**, druk vervolgens op **OK**, stel de juiste waarde in, en druk op **OK**.
 - *Kies [RESET] en druk op CAL om de ijking te annuleren.*
 - *Houd MODE ingedrukt en druk op ↓ om de resolutie te veranderen tussen 0,1 en 1 mV.*

Temperatuurmeting

1. Kies het gewenste meetbereik ($^{\circ}\text{C}$) met $\uparrow\downarrow$. Druk op **CAL** om opnieuw te ijken.
2. Dompel de Pt1000 in een oplossing van gekende temperatuur. Kies **[IJKEN]**, druk vervolgens op **OK**, stel de juiste waarde in, en druk op **OK**.
 - *Kies [RESET] en druk op OK om de ijking te annuleren.*
 - *Zonder Pt1000, druk op CAL, stel de manuele temperatuur-compensatie in en druk op OK.*

rH_z-meting (enkel C305x)

1. Na ijking van de pH- en redox-elektroden, reinig ze met gedistilleerd water, en dompel ze in de meetoplossing.
2. Kies de multikanaalsaflezing met $\uparrow\downarrow$ en lees de meter af.

μW -meting (enkel C305x)

1. Na ijking van de redox- en geleidbaarheids-elektroden, reinig ze met gedistilleerd water en dompel ze in de meetoplossing.
2. Kies de multikanaalsaflezing met $\uparrow\downarrow$ en lees de meter af.

Geleidbaarheidsmeting

1. Kies het gewenste meetbereik (S/cm) met $\uparrow\downarrow$. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking. Druk op **CAL** om opnieuw te ijken.
 2. Men kan nu kiezen tussen de opgeslagen standaardoplossingen ($1413 \mu S/cm$, $12.88 mS/cm$, $111.8 mS/cm$ + max. 3 gebruikerstabellen). Kies de gewenste waarden en druk op **CAL**. De niet gebruikte standaarden uitschakelen.
 3. Spoel de cel enkele malen met de standaardoplossing en dompel ze in deze standaard. De temperatuur van de oplossing is niet zo belangrijk maar moet wel tussen $0^\circ C$ en $40^\circ C$ liggen. Vergeet niet eerst manueel te compenseren wanneer geen Pt1000 wordt gebruikt! Kies **[IJKEN]**, druk op **OK** en volg de instructies op het scherm.
 4. Spoel de cel enkele malen met de meetoplossing, dompel haar dan in deze oplossing en lees de meter af.
 5. Spoel de cel steeds schoon na gebruik en bewaar ze dan in gedistilleerd water (voeg een kleine hoeveelheid detergent toe om het sponsachtige platinaoppervlak in optimale conditie te houden).
- *Een knipperende komma waarschuwt voor onstabiele metingen. Wacht nog even met aflezen!*
 - *Tijdens het meten is het aangeraden de oplossing te roeren om de homogeniteit te bevorderen.*
 - *Het apparaat weigert automatisch te ijken wanneer de elektrode onstabiel is. Onvoldoende roeren of een versleten elektrode kan hier de oorzaak van zijn.*
 - *Bij het starten van een titratie, houd **MODE** ingedrukt en druk op \downarrow om het actuele meetbereik te blokkeren zodat omschakelfouten, te wijten aan verschillen in de meetfrequentie, worden vermeden. Houd **MODE** ingedrukt en druk op \downarrow om weer in het normale meetbereik terug te keren.*

Temperatuurcompensatie

1. Druk op **CAL**.
2. Kies **[REF.]** en druk op **OK**.
3. Kies de temperatuur waarnaar alle volgende geleidbaarheidsmetingen zullen verwijzen ($25^\circ C$ of $20^\circ C$) (C305x: $20^\circ C...40^\circ C$ in $1^\circ C$ stappen) en druk op **OK**.

Capacitieve compensatie

1. De capacitieve compensatie verhoogt de nauwkeurigheid in de zeer lage meetbereiken ($<10 \mu S/cm$). Kies of deze compensatie al dan niet moet worden toegepast. Controleer of de aangesloten cel wel volledig droog is en druk op **CAL**.
2. Kies **[CAP.COMP]** en druk op **OK**.
3. Kies **[JA]** of **[NEE]** en druk op **OK**. Volg de instructies op het scherm.

TDS-meting

1. Kies het gewenste meetbereik (mg/l)(TDS) met $\uparrow\downarrow$. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking.

Saliniteitsmeting

1. Kies het gewenste meetbereik (SAL) met $\uparrow\downarrow$. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking.

Resistiviteitsmeting

1. Kies het gewenste meetbereik ($\Omega.cm$) met $\uparrow\downarrow$. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking.
- *Houd **MODE** ingedrukt en druk achtereenvolgens op \uparrow om tussen geleidbaarheid, resistiviteit, saliniteit of TDS te schakelen.*

Opgeloste-zuurstof/Luchtdruk-meting

Opgeloste-zuurstof-meting (enkel C3x2x/C3x3x/C304x)

1. Kies het gewenste meetbereik (ppm) of (%O₂) met ↑↓. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking. Druk op CAL om opnieuw te ijken.
2. De aflezing toont de saliniteitscorrectie. Kies de gewenste waarde en druk op OK. Stel de saliniteit in op nul tenzij u gaat meten in oplossingen met een hoog zoutgehalte zoals b.v. zeewater (35 g/l). Kies [IJKEN], druk op OK en volg de instructies op het scherm.
3. De elektrode blootgesteld aan de lucht, bereikt een evenwichtstoestand die overeen komt met de partiële zuurstofdruk zoals in een waterige oplossing verzadigd met lucht. Het toestel toont de mg/l, stroom, temperatuur van de elektrode, en ijkt automatisch wanneer de metingen stabiel zijn.
4. Reinig de elektroden met gedistilleerd water, dompel ze in de meetoplossing en lees de meter af. Tijdens het meten is het **verplicht** de oplossing te roeren om de homogeniteit te bevorderen! De stroomsnelheid moet hierbij minstens 10 cm/s bedragen.
5. Spoel de elektrode steeds schoon na gebruik en bewaar ze dan in gedistilleerd water.
 - *Een knipperende komma waarschuwt voor onstabiele metingen. Wacht nog even met aflezen!*
 - *Tijdens het meten is het aangeraden de oplossing te roeren om de homogeniteit te bevorderen.*
 - *Druk op ↓ om de resolutie te veranderen tussen 0.1 en 0.01 mg/l of tussen 1 en 0.1 %.*

Luchtdrukmeting (enkel C3x2x/C3x3x/C304x)

1. Kies het gewenste meetbereik (hPa) met ↑↓. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking. Druk op CAL om opnieuw te ijken.
2. Kies [IJKEN], druk vervolgens op OK, stel de juiste waarde in, en druk op OK.
 - *Kies [RESET] en druk op OK om de ijking te annuleren.*

Principe

De zuurstofmeter en de bijbehorende elektrode werken volgens het Clark-principe met zilver als kathode en lood als anode. De aanwezige zuurstof wordt aan de kathode gereduceert tot OH-ionen. De resulterende stroom wordt door de diffusie beperkt en is daarom evenredig met het gehalte aan opgeloste zuurstof in de meetoplossing. Deze stroom wordt door de zuurstofmeter versterkt, gecorrigeerd en in mg/l, ppm of % opgeloste zuurstof aangegeven op de uitlezing.

Interferenties

Theoretisch worden in de elektrode alle stoffen omgezet die door het membraan kunnen diffunderen en bij een spanning van 800 mV polarografisch reduceren. Hierdoor kan hun aanwezigheid bijdragen in de stroomvorming. Interferentie kan veroorzaakt worden door binnendringende ionen langs een poreus of beschadigd membraan en door diffusie van storende gassen zoals CO₂, Cl₂, SO₂ en H₂S die met de elektrode reageren. Zure of basische gassen wijzigen de pH-waarde van het elektrolyt en versturen dus de aflezing, vooral bij het meten van lage zuurstofconcentraties. Hoge zoutconcentraties in de meetoplossing kunnen eveneens de meting vervalsen.

pH-elektrode

Een pH-elektrode wordt slechts werkzaam en stabiel na bevochtiging! Hier toe moet ze minstens een tiental uren worden gedompeld in een 3...4 M KCl oplossing. Tijdens korte onderbrekingen (b.v. bewaren) wordt de elektrode best gedompeld in een 3...4 M KCl oplossing. Hierdoor blijft ze gereed voor gebruik. Voor onderbrekingen langer dan een maand, vul het afdekkapje met 3...4 M KCl en schuif het over de elektrode ter bescherming van het glazen bolletje. Bij ingebruikneming moet men nagaan of de elektrode wel volledig is gevuld met 3...4 M KCl.

Vermijd een mogelijke onderdruk in een hervulbare elektrode! Verwijder hier toe steeds de rubber afdekking van de vulopening tijdens de metingen evenals tijdens de ijkingen. Hierdoor kan de brugvloeistof langzaam door het diafragma stromen en wordt verontreiniging van het elektrolyt vermeden. Om dezelfde reden moet het vloeistofpeil in de elektrode steeds hoger zijn dan dat van de meetoplossing. Plaats de rubberafdekking terug over de vulopening bij het opbergen van de elektrode.

Een bevuilde elektrode kan worden gereinigd met een licht detergent of 0,1 M HCl. Vettige substanties kunnen best met aceton of alcohol worden verwijderd (doe dit echter nooit met kunststof elektroden!).

Indien de elektrode in proteïne houdende stoffen (zoals bloed) wordt gebruikt, moet ze overnachten in een reinigingsoplossing en vervolgens worden gereinigd met gedistilleerd water voor gebruik. Door het gebruik verslijft de pH-elektrode. Indien ze trager reageert en de ijking is, ook na reiniging, niet meer juist in te stellen, dan moet ze vervangen worden door een nieuwe.

Metaalelektronen

Metaalelektronen (Pt, Ag, Au) zijn steeds gebruiksklaar. Tijdens korte onderbrekingen worden ze gedompeld in gedistilleerd water. **Metaalelektronen moeten regelmatig worden gereinigd:**

- *Zilver elektroden plaatst men gedurende een uur in een geconcentreerde ammoniakoplossing.*
- *Platina of goudelektronen worden gedurende een uur in geconcentreerd salpeterzuur geplaatst.*

Geleidbaarheidscellen

Een geleidbaarheidscel wordt slechts werkzaam en stabiel na bevochtiging! Hier toe moet ze minstens één uur worden gedompeld in gedistilleerd water. Spoel de cel steeds schoon na gebruik en bewaar ze dan in gedistilleerd water (voeg een kleine hoeveelheid detergent toe om het sponsachtige platina oppervlak in optimale conditie te houden).

Een bevuilde cel kan worden gereinigd met een licht detergent of verdund salpeterzuur. Vettige substanties kunnen best met aceton of alcohol worden verwijderd (doe dit echter nooit met kunststof elektroden!).

Opgeloste-zuurstof-elektronen

Slechts na lang gebruik van de elektrode kan ze inactief worden. Men merkt dit aan het niet meer te ijken zijn van de elektrode. In dit geval:

1. Schroef de meetkop voorzichtig los.
 2. Verwijder voorzichtig de neerslag met filtreerpapier. **Gebruik nooit schuurpapier of glasvezel!**
 3. Grondig met gedistilleerd water afspoelen en de overtollige waterdruppels afschudden.
 4. Neem de meetkop, vul deze met nieuw elektrolyt en schroef hem zeer langzaam op de elektrode in verticale positie. **Zorg er voor dat er zich geen luchtbellen in de meetkop bevinden!**
 5. Laat de elektrode enkele uren rusten! Nu is de elektrode opnieuw gereed voor gebruik.
- *Neem enkel een nieuw membraan indien beschadigd, NIET indien de ijking onmogelijk blijkt!*

Ion-selectieve-meting

Ijking en meting (enkel C3x3x/C304x/C306x)

1. Kies het gewenste meetbereik met **↑↓**. Op de aflezing wordt de gemeten waarde onmiddellijk aangeduid volgens de voorgaande ijking. Druk op **CAL** om opnieuw te ijken.
2. Men kan nu kiezen tussen de mogelijke standaardoplossingen (1, 10, 100 ng/l, 1, 10, 100 µg/l, 1, 10, 100 mg/l, 1, 10, 100 g/l). Kies de gewenste waarden in en druk op **CAL**. De niet gebruikte standaarden uitschakelen.
3. Kies **[IJKEN]** en druk op **OK**.
4. Reinig de elektroden met gedistilleerd water en dompel ze in de eerste standaardoplossing. Kies de eerste ijkwaarde en druk op **OK** wanneer de aflezing stabiel is. Ga zo voort met de tweede standaardoplossing.
5. Kies om al dan niet een blankcorrectie uit te voeren en volg de instructies op het scherm. Reinig de elektroden met gedistilleerd water en dompel ze in een nuloplossing (blank). Druk op **OK**, wanneer de aflezing stabiel is.
6. Reinig de elektroden met gedistilleerd water, dompel ze in de meetoplossing en lees de meter af.
 - *Onderhoud: wij verwijzen naar de handleiding van de ion selectieve elektroden.*

Goede Laboratorium Praktijk

1. Kies het gewenste meetbereik met **↑↓** en druk op **CAL**.
2. Kies **[GLP]** en druk op **OK**.
3. Kies **[VERSLAG TONEN]** en druk op **OK**. Blader met **↑↓** om een volledig calibratierapport te tonen.
4. Kies **[VERSLAG VERZENDEN]** en druk op **OK** om het rapport naar een computer te zenden.

IJk-waarschuwing

1. Kies het gewenste meetbereik met **↑↓** en druk op **CAL**.
2. Kies **[GLP]** en druk op **OK**.
3. Kies **[INTERVAL]** en druk op **OK**.
4. Kies het gewenste tijd-interval tussen elke automatische verwittiging om de elektroden opnieuw te ijken en druk op **OK**.

1. Druk op **MODE**.
2. Kies [DATA] en druk op **OK**.

De gegevensverwerking beginnen

1. Kies [ACTIVEREN] en druk op **OK**.
2. Kies om al dan niet een gegevensverwerking uit te voeren en druk op **OK**.
3. Kies [DOORLOPEND] en druk op **OK**.
4. Kies om de oudste waarden al dan niet te overschrijven, wanneer de geheugenlimiet bereikt is, en druk op **OK**.
5. Kies [INTERVAL] en druk op **OK**.
6. Kies het gewenste tijdsinterval tussen elke data-opslag en druk op **OK**.
7. Keer terug naar de metingen met **MODE**.
8. Begint het opslaan volgens de voorafgaande instellingen en er verschijnt op de aflezing het opslagnummer b.v. [LOG.00027].

De gegevens verwerken

1. Kies [VERWERKEN] en druk op **OK**.
2. Kies [TABEL] of [VERZENDEN] om de opgeslagen data te tonen of af te verzenden en druk op **OK** om verder te gaan. Volg de instructies op het scherm.

De verwerkte gegevens wissen

1. Kies [VERWERKEN] en druk op **OK**.
2. Kies [WISSEN] en druk op **OK**. Volg de instructies op het scherm.

Externe opslag in een computer via USB, RS232 of Ethernet

1. Druk op **MODE**.
 2. Kies [SERIELE POORT] (enkel bij een Ethernet versie) en druk op **OK**.
 3. Kies [INTERVAL] en druk op **OK**.
 4. Kies het gewenste tijdsinterval tussen de verstuurde gegevens en druk op **OK**.
Stel in op manueel indien er geen automatisch versturen gewenst is.
 5. Kies [BAUD] en druk op **OK**.
 6. Kies de gewenste overdrachtssnelheid en druk op **OK**.
- *Gratis software en een aangepaste USB driver of een Ethernet configuratie document kan via www.consort.be worden afgehaald.*

Informations générales

Préface

Cet appareil est construit selon les dernières technologies et ne nécessite aucun entretien particulier. **Consort** certifie que cet appareil a été contrôlé et vérifié sévèrement à l'usine avant livraison afin de convenir aux exigences définies par le contrat d'achat. Néanmoins, il peut y avoir des différences dans les dimensions ou autres caractéristiques physiques.

La température d'utilisation normale doit être entre 0° et 40°C. N'utilisez jamais l'appareil dans un lieu humide (>95 %) ou à une température très basse (condensation d'eau!).

Fabricant

Consort bvba
Parklaan 36
B2300 Turnhout
Belgium

Tel (+32)(14)41 12 79
Fax (+32)(14)42 91 79
E-mail: info@consort.be

Garantie

Cet appareil (sauf tous les accessoires) est garanti pendant trente-six (36) mois, à partir de la date d'expédition départ usine, contre toute faute du matériel et main d'œuvre. **Consort** réparera gratuitement chaque appareil défectueux, qui lui est retourné, à condition que l'appareil a été utilisé dans des conditions normales de laboratoire selon les limitations opérationnelles et les procédés d'entretien de ce mode d'emploi et que le défaut n'est pas dû à un accident, une adaptation, un mal-traitement ou un abus. Avant de retourner, aux frais de l'utilisateur, tout appareil pour réparation sous garantie, il faut d'abord obtenir l'approbation de **Consort**!

Consort décline toute responsabilité pour des dommages éventuels causés par l'usage ou la manipulation de ses produits.

Service

En cas de retour de cet appareil pour service après vente, **NE PAS** renvoyer les accessoires suivants, sauf s'ils sont suspects:

Mode d'emploi

Câbles

Accessoires

En cas de mauvais fonctionnement sérieux, arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement et consultez votre agent **Consort** local.

Adaptateur secteur

Raccordez l'adaptateur secteur à l'entrée DC. Ne saisissez jamais l'adaptateur avec des mains mouillées.

Le clavier

MODE	= Choisit la configuration ou permet de sortir des affichages erreur, procédures d'étalonnages, etc en retournant au mode choisis.
↑↓	= Boutons pour choisir les modes, pour rentrer manuellement une valeur ou pour choisir une fonction.
OK	= Continue une fonction.
CAL	= Commence un étalonnage.
STORE	= Mémorise la valeur affichée ou l'envoie à un ordinateur ou imprimante.
HOLD	= Arrête l'affichage pendant une mesure.
ON/OFF	= Allumer ou éteindre l'appareil.

Entrées

Raccordez les électrodes de mesure aux prises coaxiales CH1 ou CH2. Afin de pouvoir faire une compensation automatique ainsi que des mesures de la température, branchez une sonde de température Pt1000 aux prises bananes °C1 ou °C2. Si vous n'utilisez pas de Pt1000, la compensation manuelle est automatiquement en fonction. Le modèle C34xx dispose de deux connecteurs DIN supplémentaires en parallèle avec CH1 et CH2. **NE JAMAIS utiliser les canaux DIN et BNC simultanément!**

Sorties

Ce modèle est équipé en standard d'une sortie USB pour communiquer avec un ordinateur. Ce modèle est aussi équipé en standard d'une sortie RS232 pour communiquer avec une imprimante. L'instrument envoie les valeurs en code ASCII avec une vitesse (BAUD) de 1200...115200 bps (8 bit, pas de parité, 1 bit de stop).

Langage

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [SYSTEME] et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [LANGUAGE] et appuyez sur **OK**.
4. Choisissez le langage désiré et appuyez sur **OK**.

Contraste

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [SYSTEME] et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [CONTRASTE] et appuyez sur **OK**.
4. Ajustez le contraste et appuyez sur **OK**.

Date et heure

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [SYSTEME] et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [HORLOGE] et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez [MODIFIER] et appuyez sur **OK**.
5. Ajustez la date et l'heure et appuyez sur **OK**.

Mot de passe

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [SYSTEME] et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [MOT DE PASSE] et appuyez sur **OK**.
4. Afin de protéger l'accès à l'appareil, un code personnel peut être programmé. Choisissez [OUI] et appuyez sur **OK** pour entrer votre séquence secrète de 5 touches.

Stand by

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [STAND BY] et appuyez sur **OK**.
3. Choisissez [OUI] (= continue automatiquement après une panne de courant) ou [NON] (= l'appareil peut être éteint) et appuyez sur **OK**.

Canaux

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [CANAL] et appuyez sur **OK**.
3. Choisissez le canal désirée et appuyez sur **OK**.
4. Choisissez le mode désirée et appuyez sur **OK**.
5. Choisissez l'entrée de la compensation de température désirée et appuyez sur **OK**.

Tables utilisateurs

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [TABLES UTIL.] et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [tampons pH] ou [standards S/cm] et appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions sur l'écran pour rentrer les valeurs différentes. La valeur pour 25°C est obligatoire!

Mesure de pH/mV/Température

Mesure de pH

1. Sélectionnez le mode désiré (pH) en appuyant sur **↑↓**. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent. Pour étalonner, appuyez sur **CAL**.
2. L'appareil permet maintenant de choisir entre les tampons en mémoire (1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 7.00, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 + 5 tables utilisateurs). Choisissez les valeurs désirées et appuyez sur **OK**. Mettez les tampons non-utilisé hors service.
3. Rincez les électrodes avec de l'eau distillée et immergez les dans le premier tampon. Choisissez [ETALONNER], appuyez sur **OK** et suivez les instructions sur l'écran.
4. Rincez les électrodes avec de l'eau distillée et immergez les dans la solution à mesurer. Lisez la valeur donnée.
5. Après usage, rincez toujours les électrodes avec de l'eau distillée et immergez les dans une solution de 3...4 M KCl.
 - *Des mesures instables sont indiquées par une virgule clignotante. Attendez encore un peu avant de lire l'affichage!*
 - *Il est recommandé d'agiter la solution pendant les mesures pour favoriser son homogénéité.*
 - *L'instrument refuse l'étalonnage automatique quand l'électrode est instable. Une agitation insuffisante ou une électrode usée peut en être la cause.*

La mesure avec des électrodes avec un point de zéro anormal

1. Appuyez sur **CAL**.
2. Sélectionnez [E0 = x mV] et appuyez sur **OK**.
3. Entrez le point de zéro de l'électrode et appuyez sur **OK**.
- *Maintenez MODE enfoncé et appuyez sur ↓ pour changer la résolution de 0,1 à 0,001 pH.*

Mesure de mV

1. Sélectionnez le mode désiré (mV) en appuyant sur **↑↓**. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent. Pour étalonner, appuyez sur **CAL**.
2. Plongez les électrodes dans une solution de référence. Choisissez [ETALONNER] et appuyez sur **OK**.
3. Ajustez sur la valeur désirée et appuyez sur **OK**.
- *Sélectionnez [RESET] et appuyez sur OK pour annuler l'étalonnage.*
- *Maintenez MODE enfoncé et appuyez ↓ pour changer la résolution de 0,1 à 1 mV.*

Mesure de température

1. Sélectionnez le mode désiré (°C) en appuyant sur **↑↓**. Pour étalonner, appuyez sur **CAL**.
2. Plongez le Pt1000 dans une solution de température connue. Choisissez [ETALONNER] et appuyez sur **OK**.
3. Ajustez sur la valeur désirée et appuyez sur **OK**.
- *Sélectionnez [RESET] et appuyez sur OK pour annuler l'étalonnage.*
- *Quand aucun Pt1000 n'est branché, appuyez sur CAL, corriger la compensation manuelle de la température et continuer en appuyant sur OK.*

Mesure de rH₂ (uniquement C305x)

1. Après l'étalonnage des électrodes de pH et de rédox, rincez les avec de l'eau distillée, immergez les dans la solution à mesurer.
2. Changez l'affichage en appuyant sur **↑↓** pour lire les mesures.

Mesure de µW (uniquement C305x)

1. Après l'étalonnage des électrodes de rédox et de conductivité, rincez les avec de l'eau distillée, plongez les dans la solution à mesurer.
2. Changez l'affichage en appuyant sur **↑↓** pour lire les mesures.

Mesure de Conductivité/TDS/Salinité/Résistivité

Mesure de conductivité

1. Sélectionnez le mode désiré (S/cm) en appuyant sur $\uparrow\downarrow$. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent. Pour étalonner, appuyez sur **CAL**.
 2. L'appareil permet maintenant de choisir entre les standards en mémoire (1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm + 3 tables utilisateurs). Choisissez les valeurs désirées et appuyez sur **OK**. Mettez les standards non-utilisé hors service.
 3. Après l'avoir rincée avec la solution étalon, plongez la cellule dans cette solution. La température de la solution n'est pas importante mais elle doit être entre 0°C et 40°C. N'oubliez jamais de compenser manuellement la température, si vous n'utilisez pas le Pt1000! Choisissez [ETALONNER], appuyez sur **OK** et suivez les instructions sur l'écran.
 4. Après avoir rincé plusieurs fois la cellule avec la solution à mesurer, plongez la dans cette solution et lisez la valeur donnée par l'appareil.
 5. Après usage, toujours rincez la cellule et immergez la dans de l'eau distillée (ajouter un peu de détergent pour bien conserver la surface de platine dans une condition optimale).
- *Des mesures instables sont indiquées par une virgule clignotante. Attendez encore un peu avant de lire l'affichage!*
 - *Il est recommandé d'agiter la solution pendant les mesures pour favoriser son homogénéité.*
 - *L'instrument refuse l'étalonnage automatique quand l'électrode est instable. Une agitation insuffisante ou une électrode usée peut en être la cause.*
 - *Au début d'une titration, maintenez MODE enfoncé et appuyez sur \downarrow pour bloquer la gamme initiale de mesure afin d'éviter des fautes de commutation des fréquences de mesure. Maintenez MODE enfoncé et appuyez sur \downarrow afin de retourner dans les mesures normales.*

Compensation de température

1. Appuyez sur **CAL**.
2. Sélectionnez [COMP.CAP] et appuyez sur **OK**.
3. Choisissez la température à laquelle toutes les futures mesures seront référencées (25°C ou 20°C) (C305x: 20°C...40°C dans étapes de 1°C) et appuyez sur **OK**.

Compensation capacitive

1. La compensation capacitive augmente la précision dans la très basse gamme de conductivité (<10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Décidez si cette compensation doit être appliquée oui ou non. Contrôlez si l'électrode connectée est complètement à sec et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez [COMP.CAP] et appuyez sur **OK**.
3. Choisissez [OUI] ou [NON] et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions sur l'écran.

Mesure de TDS

1. Sélectionnez le mode désiré (mg/l)(TDS) en appuyant sur $\uparrow\downarrow$. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent.

Mesure de salinité

1. Sélectionnez le mode désiré (SAL) en appuyant sur $\uparrow\downarrow$. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent.

Mesure de résistivité

1. Sélectionnez le mode désiré ($\Omega\cdot\text{cm}$) en appuyant sur $\uparrow\downarrow$. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent.
- *Maintenez MODE enfoncé et appuyez successivement sur \downarrow pour changer l'affichage entre conductivité, résistivité, salinité ou TDS.*

Mesure d'Oxygène dissous/Pression d'air

Mesure d'oxygène dissous (uniquement C3x2x/C303x/C304x)

1. Sélectionnez le mode désiré (ppm) ou (%O₂) en appuyant sur **↑↓**. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent. Pour étalonner, appuyez sur **CAL**.
2. L'affichage indique la correction de la salinité. Choisissez la valeur désirée et appuyez sur **OK**. Maintenez la salinité à zéro à moins que vous fassiez des mesures dans des solutions très salées comme p.e. l'eau de mer (35 g/l). Choisissez [ETALONNER], appuyez sur **OK** et suivez les instructions sur l'écran.
3. L'électrode se trouvant ainsi dans l'air atmosphérique, entre dans des conditions d'équilibre qui correspondent à la pression partielle d'oxygène et donc à la saturation d'oxygène dans l'eau. L'appareil montre les mg/l, le courant de l'électrode, la température et s'étalonne automatiquement quand l'affichage est stable.
4. Rincez l'électrode avec de l'eau distillée et immergez la dans la solution à mesurer. Lisez la valeur donnée. Il est **obligatoire** d'agiter la solution pendant les mesures pour favoriser son homogénéité! La vitesse de courant doit être au moins 10 cm/s.
5. Après usage, rincez toujours l'électrode et immerger la dans de l'eau distillée.
 - *Des mesures instables sont indiquées par une virgule clignotante. Attendre encore un peu avant de lire l'affichage!*
 - *Il est recommandé d'agiter la solution pendant les mesures pour favoriser son homogénéité.*
 - *Maintenez MODE enfoncé et appuyez ↓ pour changer la résolution de 0,1 à 0,01 mg/l (1 à 0,1 %).*

Mesure de pression d'air (uniquement C3x2x/C303x/C304x)

1. Sélectionnez le mode désiré (hPa) en appuyant sur **↑↓**. Pour étalonner, appuyez sur **CAL**.
2. Choisissez [ETALONNER], appuyez sur **OK**, ajustez à la pression atmosphérique réelle et appuyez sur **OK**.
 - *Sélectionnez [RESET] et appuyez sur OK pour annuler l'étalonnage.*

Principe

L'oxymètre et les électrodes correspondantes fonctionnent selon le principe de Clark avec une cathode en argent et une anode en plomb. L'oxygène existant est réduit en ions OH à la cathode. Le courant résultant de cette transformation est proportionnel à la concentration en oxygène dans la solution à mesurer. Ce courant est amplifié, corrigé, et affiché en mg/l ppm ou % d'oxygène dissous.

Interférences

L'électrode réagit à tous les corps ayant diffusé à travers la membrane et ayant un potentiel de réduction de 800 mV. Les interférences peuvent venir de matières dissoutes pénétrant par les pores de la membrane ou par une membrane abîmée, ainsi que des gaz diffusant à travers la membrane et réagissant comme l'oxygène, par exemple CO₂, Cl₂, SO₂, H₂S. Les gaz acides ou basiques changent la valeur du pH de l'électrolyte et influencent les résultats en les diminuant. De même, la salinité de la solution influence les résultats.

Électrodes de pH

L'électrode de pH n'est active et stable que si elle est humide! Pour cela il faut la plonger pendant minimum dix heures dans une solution de 3...4 M KCl. Pendant les brèves périodes de conservation, l'électrode doit aussi être trempée dans une solution de 3...4 M KCl. De cette manière elle est toujours prête à l'emploi. Si l'interruption prévue est de plus d'un mois, remplir le capuchon avec du 3...4 M KCl et couvrir l'électrode avec celui-ci, afin de protéger la boule de verre. Avant l'usage, il faut vérifier si l'électrode est bien remplie de 3...4 M KCl.

Évitez une dépression à l'intérieur d'une électrode remplissable! Pour cela il suffit d'enlever toujours la fermeture de l'orifice de remplissage pendant les mesures ainsi que pendant les étalonnages. Ainsi la solution de KCl pourra couler lentement à travers le diaphragme évitant une pollution rapide de l'électrolyte. Pour la même raison, il faut que le niveau intérieur de l'électrode soit toujours plus haut que celui de la solution dans laquelle elle est plongée. Après usage, il faut refermer l'orifice de remplissage.

Une électrode souillée peut être nettoyée avec un détergent doux ou une solution 0,1 M HCl. Les matières grasses seront dissoutes avec de l'acétone ou de l'alcool (ne tentez jamais de faire cela avec des électrodes en plastique!).

Si une électrode est polluée par des matières protéineuses (p.e. du sang) il faut la tremper pendant une nuit dans une solution de nettoyage, puis la nettoyer avec de l'eau distillée avant usage. Une électrode de pH s'use à l'usage. Si elle répond lentement ou ne peut plus être étalonnée aisément, même après un nettoyage à fond, il faut la remplacer.

Électrodes métalliques

Les électrodes métalliques (Pt, Ag, Au) sont toujours prêtes à l'emploi. Pendant de courtes interruptions elles doivent être immergées dans de l'eau distillée et nettoyées régulièrement:

- *Les électrodes en argent doivent être plongées dans une solution concentrée d'ammoniaque pendant une heure.*
- *Les électrodes en platine ou en or devront être trempées dans de l'acide nitrique pendant une heure.*

Électrodes de conductivité

La cellule de conductivité n'est active et stable que si elle est humide! Pour cela il faut la plonger pendant minimum dix heures dans l'eau distillée. Après usage, rincez toujours la cellule et immerbez la dans de l'eau distillée (ajoutez un peu de détergent pour bien conserver la surface de platine dans une condition optimale).

Une cellule souillée peut être nettoyée avec un détergent doux ou une solution d'acide nitrique. Les matières grasses seront dissoutes avec de l'acétone ou de l'alcool (ne tentez jamais de faire cela avec des électrodes en plastique!).

Électrodes d'oxygène dissous

Après une longue utilisation de la sonde d'oxygène elle peut être inactivée. On s'en aperçoit quand on ne peut plus étalonner l'électrode. Dans ce cas:

1. Dévissez soigneusement la tête de mesure.
 2. Nettoyez l'anode de son dépôt avec du papier filtre. Ne jamais utiliser du papier émeri ou de la fibre de verre!
 3. Rincez soigneusement l'électrode avec de l'eau distillée et taper les gouttes d'eau.
 4. Remplissez de solution électrolytique la tête de mesure et vissez la très lentement sur l'électrode en position verticale. Assurez vous qu'aucune bulle d'aire ne se trouve dans la tête de mesure.
 5. Laissez l'électrode se reposer pendant quelques heures! L'électrode est de nouveau prête à fonctionner.
- *Changez la membrane ne que si elle est endommagée, JAMAIS si on ne peut plus étalonner l'électrode!*

Mesure d'ions sélectives

Étalonnage et mesure (uniquement C3x3x/C304x/C306x)

1. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur **↑↓**. L'affichage indique immédiatement la valeur mesurée selon l'étalonnage précédent. Pour étalonner, appuyez sur **CAL**.
2. L'appareil permet maintenant de choisir entre les standards possibles (1, 10, 100 ng/l, 1, 10, 100 µg/l, 1, 10, 100 mg/l, 1, 10, 100 g/l). Choisissez les valeurs désirées et appuyez sur **OK**. Mettez les standards non-utilisé hors service.
3. Sélectionnez [ETALONNER] et appuyez sur **OK**.
4. Rincez les électrodes avec de l'eau distillée, puis immergez les dans le premier standard. Sélectionnez le premier standard et appuyez sur **OK** quand l'affichage est stable. Poursuivez de la même façon avec les standards suivants.
5. Choisissez si vous désirez de faire une correction de zéro. Suivez les instructions sur l'écran. Rincez les électrodes avec de l'eau distillée, puis immergez les dans un solution de zéro (blanc). Quand l'affichage est stable, appuyez sur **OK**.
6. Rincez les électrodes avec de l'eau distillée et immergez les dans la solution à mesurer. Lisez la valeur donnée.

• *Entretien: voir le mode d'emploi livré avec les électrodes spécifiques.*

Bonnes Pratiques de Laboratoire

1. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur **↑↓** et puis appuyez sur **CAL**.
2. Sélectionnez [BPL] et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [MONTRER LE RAPPORT] et appuyez sur **OK**. Feuilletez avec **↑↓** pour voir un rapport d'étalonnage.
4. Sélectionnez [ENVOYER LE RAPPORT] et appuyez sur **OK**. pour envoyer le rapport à un ordinateur.

Avertissement d'étalonnage

1. Sélectionnez le mode désiré en appuyant sur **↑↓** et puis appuyez sur **CAL**.
2. Sélectionnez [BPL] et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [INTERVALLE] et appuyez sur **OK**.
4. Choisissez l'intervalle entre chaque avertissement automatique d'étalonnage des électrodes et appuyez sur **OK**.

Collection de données dans la mémoire interne

1. Appuyez sur **MODE**.
2. Sélectionnez [COLLECTEUR] et appuyez sur **OK**.

Démarrage de la collection

1. Sélectionnez [ACTIVER] et appuyez sur **OK**.
2. Choisissez si vous désirez de faire une collection de données et appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez [CONTINU] et appuyez sur **OK**.
4. Décidez si les données anciennes peuvent être écrasées oui ou non, lorsque la limite de la mémoire est atteinte, et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez [INTERVALLE] et appuyez sur **OK**.
6. Choisissez l'intervalle de temps désiré entre les collections de données et appuyez sur **OK**.
7. Retournez aux mesures en appuyant sur **MODE**.
8. Démarrage de la collection de données selon les installations précédentes. L'affichage montre alors le numéro d'ordre, p.e [LOG.00027].

Traiter les données du collecteur

1. Sélectionnez [TRAITER] et appuyez sur **OK**.
2. Choisissez [TABLEAU] ou [ENVOYER] pour afficher ou envoyer les données en mémoire et puis appuyez sur **OK** pour continuer. Suivez les instructions sur l'écran.

Effacer les données du collecteur

1. Sélectionnez [TRAITER] et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez [EFFACER] et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions sur l'écran.

Collection externe dans un ordinateur par USB/RS232/Ethernet

1. Appuyez sur **MODE**.
 2. Sélectionnez [PORT SERIE] (uniquement sur les modèles Ethernet) et appuyez sur **OK**.
 3. Sélectionnez [INTERVALLE] et appuyez sur **OK**.
 4. Choisissez l'intervalle de temps désiré entre les transmissions de données et appuyez sur **OK**. Programmez cette valeur à zéro pour transmettre les mesures manuellement.
 5. Sélectionnez [BAUD] et appuyez sur **OK**.
 6. Choisissez la vitesse de transmission et appuyez sur **OK**.
- Vous pouvez télécharger un logiciel gratuit et un driver pour USB ou un document pour la configuration Ethernet de www.consort.be.

Allgemeine Informationen

Einführung

Dieses Gerät wurde mit der neuesten Technologie hergestellt und benötigt keine besondere Wartung. **Consort** bescheinigt, dass dieses Gerät vor dem Versand gründlich geprüft wurde und allen Anforderungen des Kaufvertrags entspricht. Dennoch können bezüglich der Abmessungen und anderer physikalischer Eigen- schaften geringwertige Abweichungen auftreten. Die normale Arbeitstemperatur soll zwischen 0° und 40°C liegen. Das Gerät nie bei hoher Luftfeuchtigkeit (>95 %) oder bei sehr niedrige Temperaturen (Kondensation!) betreiben.

Hersteller

CONSORT
Consort bvba
Parklaan 36
B2300 Turnhout
Belgium
Tel (+32)(14)41 12 79
Fax (+32)(14)42 91 79
E-mail: info@consort.be

Garantie

Dieses Gerät (Zubehör ausgenommen) besitzt eine Garantie gegen fehlerhaftes Material und Konstruktionsfehler von sechsunddreißig (36) Monaten ab dem Lieferdatum bei Versand ab Werk. **Consort** verpflichtet sich zu kostenloser Reparatur aller fehlerhaften Geräte, die in der Garantiezeit beanstandet wurden, unter der Bedingung, dass das Gerät unter normalen Laboratoriumskonditionen und der Gebrauchsanleitung gemäß verwendet wurde, nicht jedoch bei einem Unfall, falscher Behandlung und Handhabung oder Modifikation des Gerätes. Bevor ein Gerät während der Garantiezeit zur Reparatur frei Haus an **Consort** zurückgeschickt wird, ist eine Genehmigung einzuholen. **Consort** haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch oder der Handhabung seiner Produkte entstehen.

Service

Sollte dieses Gerät zur Reparatur eingeschickt werden, so wird der Kunde gebeten folgende Artikel **NICHT** mitzuschicken, außer bei vermuteten Defekten:

Bedienungsanleitung

Kabel

Kabel Zubehör

Bei auftretenden ernsthaften Fehlfunktionen das Gerät sofort abschalten, und einen **Consort** Fachhändler aufsuchen.

NetzadAPTER

Netzadapter
Verbinden Sie den Netzadapter an der DC-Buchse. Dabei sollte darauf geachtet werden, mit trockenen Händen zu arbeiten.

Bedienungsfeld

- | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEDIENUNGSTASTE | |
| MODE | = Wählt alle Einstellungen oder geht zurück zu die gewählte Funktion. |
| ↑↓ | = Taste, um zu blättern zwischen die Messungen, um einen bestimmten Wert einzustellen oder um einen Funktion zu wählen. |
| OK | = Setzt eine Funktion fort. |
| CAL | = Beginnt eine Kalibrierung. |
| STORE | = Die Werte auf der Anzeige werden gespeichert oder versandt an einen Computer. |
| HOLD | = Hält die Anzeige während der Messung konstant. |

Eingänge

Die Elektroden sollten mit den koaxialen Eingängen CH1 oder CH2 verbunden werden. Automatische Temperaturkompensation und -messung werden durch den Anschluss eines Pt1000 Temperatursensors an den Bananeneingängen °C1 oder °C2 ermöglicht. Wird kein Kompensator verwendet, so kann die Temperatur manuell eingegeben werden. Modell C34xx hat zwei weitere DIN-Anschlüsse parallel mit CH1 und CH2. **Verwenden Sie niemals die DIN- und BNC-Kanäle gleichzeitig!**

Ausgänge

Dieses Modell ist mit einer USB-Schnittstelle zum Anschluss an einen Computer ausgestattet.

Dieses Modell ist auch mit einer RS232-Schnittstelle zum Anschluss an einen Drucker ausgestattet. Daten werden im ASCII-Kode mit einer BAUD-Rate von 1200...115200 b/s übertragen (8 bit, keine Parität, 1 Stopbit).

Sprache

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[SYSTEM]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[SPRACHE]** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die erwünschte Sprache und drücken Sie **OK**.

Kontrast

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[SYSTEM]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[KONTRAST]** und drücken Sie **OK**.
4. Stellen Sie den Kontrast ein und drücken Sie **OK**.

Datum und Zeit

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[SYSTEM]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[DATUM/ZEIT]** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **[ÄNDERN]** und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie das und die Zeit und drücken Sie **OK**.

Kennwort

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[SYSTEM]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[KENNWORT]** und drücken Sie **OK**.
4. Damit unbefugten Personen der Zugang zum Gerät verwehrt wird, wählen Sie **[JA]** und drücken Sie **OK** um Ihren Geheimcode von 5 Tastenlängen ein zu geben.

Stand-by

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[STAND-BY]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[JA]** (= automatisch weitergehen nach einem Stromausfall) oder **[NEE]** (= das Gerät kann ausgeschaltet werden) und drücken Sie **OK**.

Kanäle

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[KANÄLE]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie den erwünschte Kanal und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die erwünschte Mode und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie den erwünschten Temperaturkompensationseingang und drücken Sie **OK**.

Benutzertabellen

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[BENUTZ.TABELLEN]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[pH Puffer]** oder **[S/cm Standarden]** und drücken Sie **OK**.
4. Verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm um die verschiedenen Werten ein zu geben. Der Wert für 25°C ist erforderlich!

pH/mV/Temperatur-Messung

pH-Messung

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich (pH) mit $\uparrow\downarrow$. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt. Zur Rekalibrierung **CAL** drücken.
2. Das Gerät ermöglicht jetzt die Wahl zwischen den gespeicherten Puffersets (1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 7.00, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 + 5 Benutzertabellen). Die geeigneten Puffer wählen und **OK** drücken. Den nicht verwendeten Puffersets ausschalten.
3. Nach Spülung der Elektroden mit destilliertem Wasser, werden diese in die erste Pufferlösung eingetaucht. Wählen Sie **[KALIBRIER]**, drücken Sie **OK** und verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.
4. Nach Spülung der Elektroden mit destilliertem Wasser, werden diese in die Probenlösung eingetaucht und der Messwert kann abgelesen werden.
5. Nach jedem Gebrauch die Elektroden mit destilliertem Wasser spülen und in einer 3...5 M KCl-Lösung aufbewahren.
 - Ein blinkendes Komma warnt vor instabilen Messungen. Warten Sie noch mit der Ablesung!
 - Das Rühren der Lösung während der Messung wird zur Förderung der Homogenität empfohlen.
 - Das Gerät verweigert jede automatische Kalibrierung, wenn die Elektrode nicht stabil ist. Ungenügendes Rühren oder eine abgenutzte Elektrode können die Ursache sein.

Elektroden mit abweichendem Nullpunkt

1. Drücken Sie **CAL**.
2. Wählen Sie **[E0 = x mV]** und drücken Sie **OK**.
3. Der Nullpunkt der Elektrode eingeben und **OK** drücken.
 - Halten Sie **MODE** gedrückt und drücken Sie \downarrow zum ändern der Resolution von 0,1 bis 0,001 pH.

mV-Messung

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich (mV) mit $\uparrow\downarrow$. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt. Zur Rekalibrierung **CAL** drücken.
2. Wählen Sie **[KALIBRIER]**, drücken Sie **OK**. Die Elektroden in eine Standardlösung eintauchen, den angezeigten Wert korrigieren und **OK** drücken.
 - Wählen Sie **[RESET]** und drücken Sie **OK** um die Kalibrierung zu annullieren.
 - Halten Sie **MODE** gedrückt und drücken Sie \downarrow zum ändern der Resolution von 0,1 bis 1 mV.

Temperaturmessung

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich ($^{\circ}$ C) mit $\uparrow\downarrow$. Zur Rekalibrierung **CAL** drücken.
2. Wählen Sie **[KALIBRIER]** und drücken Sie **OK**. Der Temperatutfühler in eine Lösung von bekannter Temperatur eintauchen. Den angezeigten Wert korrigieren und **OK** drücken.
 - Wählen Sie **[RESET]** und drücken Sie **OK** um die Kalibrierung zu annullieren.
 - Ohne Verwendung eines Pt1000, drücken Sie **CAL**, der manuell eingegebene Wert einstellen und **OK** drücken.

rH₂-Messung (nur C305x)

1. Nach Kalibrierung und Spülung der pH- und Redox-Elektroden mit destilliertem Wasser, werden diese in die Probe eingetaucht.
2. Wählen Sie die Gesamtanzeige mit $\uparrow\downarrow$ und das Gerät zeigt alle Messungen.

μ W-Messung (nur C305x)

1. Nach Kalibrierung und Spülung der Redox- und Leitfähigkeit-Elektroden mit destilliertem Wasser, werden diese in die Probe eingetaucht.
2. Wählen Sie die Gesamtanzeige mit $\uparrow\downarrow$ und das Gerät zeigt alle Messungen.

Leitfähigkeitsmessung

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich (S/cm) mit $\uparrow\downarrow$. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt. Zur Rekalibrierung **CAL** drücken.
 2. Das Gerät ermöglicht jetzt die Wahl zwischen den gespeicherten Standardlösungen (1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12.88 mS/cm , 111.8 mS/cm + 3 Benutzertabellen). Die geeignete Standardlösung wählen und **OK** drücken. Den nicht verwendeten Standardlösungen ausschalten.
 3. Nach mehrmaligem Spülen der Meßzelle mit der Standardlösung, tauchen Sie sie in diesen Standard ein. Die Temperatur der Lösung ist nicht von Bedeutung, sie sollte aber zwischen 0°C und 40°C liegen. Nicht vergessen manuell zu kompensieren, wenn kein Pt1000 verwendet wird! Wählen Sie **[KALIBRIER]**, drücken Sie **OK** und verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.
 4. Spülen Sie die Zelle mit der Probenlösung, tauchen Sie sie hinein und lesen Sie die Anzeige ab.
 5. Spülen Sie die Zelle nach jedem Gebrauch und bewahren Sie sie in destilliertem Wasser auf (etwas Detergent hinzufügen, um den schwammartigen Platinbelag in guter Beschaffenheit zu erhalten).
- *Ein blinkendes Komma warnt vor instabilen Messungen. Warten Sie noch mit der Ablesung!*
 - *Das Rühren der Lösung während der Messung wird zur Förderung der Homogenität empfohlen.*
 - *Das Gerät verweigert jede automatische Kalibrierung, wenn die Elektrode nicht stabil ist. Ungenügendes Rühren oder eine abgenutzte Elektrode können die Ursache sein.*
 - *Bei Beginn einer Titration, halten Sie **MODE** gedrückt und drücken Sie \downarrow um den Anfangsmessbereich zu blockieren und Umschaltfehler wegen Unterschieden in der Messfrequenz zu vermeiden. Halten Sie **MODE** gedrückt und drücken Sie **MODE** um zurück zu kehren.*

Temperaturkompensation

1. Drücken Sie **CAL**.
2. Wählen Sie **[REF.]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie die Bezugstemperatur, auf die alle künftigen Leitfähigkeitsmessungen bezogen werden (25°C oder 20°C) (C305x: 20°C...40°C in 1°C Stufen) und drücken Sie **OK**. Verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.

Kapazitive Kompensation

1. Eine kapazitive Kompensation erhöht die Genauigkeit im sehr niedrigen Leitfähigkeitsmeßbereich (<10 $\mu\text{S}/\text{cm}$). Entscheiden Sie sich ob diese Kompensation angewendet werden soll oder nicht. Kontrollieren Sie, ob die Zelle völlig trocken ist und drücken Sie **CAL**.
2. Wählen Sie **[KAP.KOMP.]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[JA. oder [NEE]]** und drücken Sie **OK**. Verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.

TDS-Messung

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich (mg/l)(TDS) mit $\uparrow\downarrow$. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt.

Salinitätsmessung

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich (SAL) mit $\uparrow\downarrow$. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt.

Resistivitätsmessung

2. Wählen Sie den gewünschten Bereich ($\Omega\cdot\text{cm}]$) mit $\uparrow\downarrow$. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt.
- *Halten Sie **MODE** gedrückt und drücken Sie \downarrow zum blättern zwischen Leitfähigkeit, Resistivität, Salinität oder TDS.*

Gelöster-Sauerstoff/Luftdruck-Messung

Gelöster-Sauerstoff-Messung (nur C3x2x/C3x3x/C304x)

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich (ppm) oder (%O₂) mit **↑↓**. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt. Zur Rekalibrierung **CAL** drücken.
2. Das Gerät zeigt die Salzkorrektur. Wenn Sie nicht im sehr salzigen Lösungen, wie z.B. Meerwasser (35 g/l) messen möchten, dann halten Sie das Salzgehalt auf Null. Wählen Sie **[KALIBRIER]**, drücken Sie **OK** und verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.
3. Die in atmosphärischer Luft befindliche Elektrode tritt in den Gleichgewichtszustand, der dem Sauerstoffpartialdruck und damit der Sauerstoffsättigung in Wasser entspricht. Das Gerät zeigt die Sättigung, Strom der Elektrode, Temperatur an, und standardisiert automatisch, wenn der angezeigte Wert stabil ist.
4. Nach Spülung der Elektroden mit destilliertem Wasser, werden diese in die Probenlösung eingetaucht und der Messwert kann abgelesen werden. Das Rühren der Lösung während der Messung wird zur Förderung der Homogenität **verpflichtet**. Dabei sollte die Anströmgeschwindigkeit mindestens 10 cm/s betragen.
5. Spülen Sie die Elektrode nach jedem Gebrauch und bewahren Sie sie in destilliertem Wasser auf.
 - *Ein blinkendes Komma warnt vor instabilen Messungen. Warten Sie noch mit der Ablesung!*
 - *Das Rühren der Lösung während der Messung wird zur Förderung der Homogenität empfohlen.*
 - *Halten Sie **MODE** gedrückt und drücken Sie **↓** zum ändern der Resolution von 0,1 ppm bis 0,01 ppm oder 1% bis 0,1%.*

Luftdruckmessung (nur C3x2x/C3x3x/C304x)

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich (hPa) mit **↑↓**. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt. Zur Rekalibrierung **CAL** drücken.
2. Wählen Sie **[KALIBRIER]** und drücken Sie **OK**. Den angezeigten Wert korrigieren und **OK** drücken.
 - *Wählen Sie **[RESET]** und drücken Sie **OK** um die Kalibrierung zu annullieren.*

Prinzip

Das O₂-Meter und die zugehörigen Sauerstoffelektroden arbeiten nach dem Clark Prinzip, mit Silber als Kathode und Blei als Anode. Vorhandener Sauerstoff wird an der Kathode zu OH-Ionen reduziert. Der aus dieser Umsetzung resultierende Stromfluss ist proportional der Sauerstoffkonzentration in der Messlösung. Dieser Strom wird im O₂-Meter verstärkt und in mg/l ppm oder %O₂ angezeigt.

Störungen

Grundsätzlich werden in der Elektrode alle durch die Membran diffundierten Stoffe, für die 800 mV als Reduktionspotential ausreicht, umgesetzt. Störungen können durch, entlang Poren oder einer beschädigten Membran, eindringende Ionen, oder durch Diffusion störender Gase, wie CO₂, Cl₂, SO₂ und H₂S, die mit der Elektrode reagieren, auftreten. Saure oder basische Gase verändern den pH Wert der Elektrolytlösung und beeinflussen dadurch das Messergebnis, was sich insbesondere bei kleinen O₂-Gehalten bemerkbar macht. Höhere Salzgehalte in der Lösung führen ebenfalls zu Messwertverfälschungen.

pH-Elektroden

Eine pH-Elektrode ist nur nach Wässerung aktiv und stabil! Zu diesem Zweck muss sie mindestens 10 Stunden lang in eine 3...4 M KCl-Lösung getaucht werden. Während kurzer Unterbrechungen (z.B. Aufbewahrung) sollte die Elektrode in eine 3...4 M KCl-Lösung eingetaucht werden. Dadurch ist die Elektrode immer betriebsbereit. Dauert die Unterbrechung länger als einen Monat, dann sollte die Schutzkappe mit 3...4 M KCl-Lösung wieder aufgefüllt und über die Glasmembranen der Elektrode geschoben werden, um diese zu schützen. Vor dem Gebrauch muss sichergestellt sein, dass der Referenzteil der Elektrode mit 3...4 M KCl-Lösung aufgefüllt ist.

Unterdruck in einer nachfüllbare Elektrode vermeiden! Deshalb muss die Nachfüllöffnung während der Kalibrierung und Messung immer geöffnet sein. Dies ermöglicht der Salzbrücken-Lösung des Referenzteils durch das Keramikdiaphragma zu fließen und beugt einer Vergiftung des Elektrolyten vor. Deshalb sollte der innere Flüssigkeitspegel immer höher sein, als der äußere. Die Nachfüllöffnung wieder aufstellen wenn Sie die Elektrode weglegen.

Eine verschmutzte Elektrode kann mit einem milden Reinigungsmittel oder mit 0,1 M HCl gereinigt werden. Fetthaltige Substanzen werden mit Aceton oder Alkohol beseitigt (**nicht bei Kunststoffelektroden!**).

Ist die Elektrode mit Protein-haltigem Material verunreinigt (z.B. Blut), sollte sie über Nacht in eine Reinigungslösung eingetaucht und dann mit destilliertem Wasser gereinigt werden. Die pH-Elektrode verschleißt durch Gebrauch. Reagiert die Elektrode sehr langsam oder hat die Steilheit, auch nach Reinigung, nachgelassen, dann sollte sie durch eine Neue ersetzt werden.

Metallektroden

Metallektroden (Pt, Ag, Au) sind immer betriebsbereit. Während kurzer Unterbrechungen werden sie in destilliertes Wasser eingetaucht. **Sie sollten regelmäßig gereinigt werden:**

- *Silberelektroden werden eine Stunde lang in eine konzentrierte Ammoniaklösung getaucht.*
- *Platin- oder Goldelektroden werden eine Stunde lang in eine konzentrierte Salpetersäure getaucht.*

Leitfähigkeitsmesszellen

Eine Leitfähigkeitsmesszelle ist nur nach Wässerung aktiv und stabil! Zu diesem Zweck muss sie mindestens 1 Stunde lang in destilliertem Wasser getaucht werden. Spülen Sie die Zelle nach jedem Gebrauch und bewahren Sie sie in destilliertem Wasser auf (etwas Detergens hinzufügen, um den schwammartigen Platinbelag in guter Beschaffenheit zu erhalten). Eine verschmutzte Zelle kann mit einem milden Reinigungsmittel oder mit einer verdünnten Salpetersäure gereinigt werden. Fetthaltige Substanzen werden mit Aceton oder Alkohol beseitigt (**nicht bei Kunststoffelektroden!**).

Gelöster-Sauerstoff-Elektroden

Nach längerem Einsatz der Elektrode kann Sie inaktiv werden. Dies zeigt sich dadurch, dass sich die Elektrode nicht mehr kalibrieren lässt. Dann muss man:

1. Der Membrankopf vorsichtig abschrauben.
 2. Mit Filterpapier wird die Oberfläche vom Niederschlag befreit. **Kein Schleifpapier oder Glasfaser verwenden!**
 3. Mehrmals mit destilliertem Wasser spülen und die Wassertropfen vorsichtig abschütteln.
 4. Der Membrankopf der Elektrode mit Elektrolytlösung füllen und sehr langsam auf die Elektrode schrauben in vertikaler Position. **Luftblasen in dem Membrankopf vermeiden!**
 5. **Die Elektrode einige Stunden ruhen lassen!** Die Elektrode ist wieder einsatzbereit.
- *Ein Austausch der Membran ist nur notwendig bei mechanische Beschädigung, NICHT wenn sich die Elektrode nicht mehr kalibrieren lässt!*

Ionenmessung

Kalibrieren und Messen (nur C3x3x/C304x/C306x)

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich mit $\uparrow\downarrow$. Sofort wird der gemessene Wert, entsprechend der vorhergehenden Kalibrierung, angezeigt. Zur Rekalibrierung **CAL** drücken.
2. Das Gerät ermöglicht jetzt die Wahl zwischen den möglichen Standardlösungen (1, 10, 100 ng/l, 1, 10, 100 µg/l, 1, 10, 100 mg/l, 1, 10, 100 g/l). Die geeigneten Puffer wählen und **OK** drücken. Den nicht verwendeten Standardlösungen ausschalten.
3. Wählen Sie **[KALIBRIER]** und drücken Sie **OK**.
4. Nach Spülung der Elektroden mit destilliertem Wasser werden diese in die erste Standardlösung getaucht. Der erste benötigte Kalibrierwert wird gewählt. Drücken Sie **OK**, wenn die Anzeige stabil ist. Fahren Sie mit allen folgenden Standardlösungen genau so fort.
5. Wählen Sie ob eine Null-Korrektur erwünscht ist oder nicht. Verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm. Nach Spülung der Elektroden mit destilliertem Wasser werden diese in eine klare Nulllösung getaucht. Drücken Sie **OK**, wenn die Anzeige stabil ist.
6. Nach Spülung der Elektroden mit destilliertem Wasser, werden diese in die Probenlösung eingetaucht und der Messwert kann abgelesen werden.
 - *Wartung: ziehe die Anleitung der Ionenelektroden.*

Gute Laborpraxis

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich mit $\uparrow\downarrow$ und drücken anschließend Sie **CAL**.
2. Wählen Sie **[GLP]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[BERICHT ZEICHEN]** und drücken Sie **OK**. Blättern Sie mit $\uparrow\downarrow$ um einen kompletten Bericht der Kalibrierergebnissen vorzuzeigen.
4. Wählen Sie **[BERICHT VERSENDEN]** und drücken Sie **OK**, um den Bericht zum Computer zu senden.

Kalibrierwarnung

1. Wählen Sie den gewünschten Bereich mit $\uparrow\downarrow$ und drücken Sie anschließend **CAL**.
2. Wählen Sie **[GLP]** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[INTERVALL]** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie das erwünschte Zeitintervall zwischen jeder automatischen Warnung, um die Elektroden erneut zu kalibrieren und drücken Sie **OK**.

1. Drücken Sie **MODE**.
2. Wählen Sie **[DATEN]** und drücken Sie **OK**.

Daten speichern

1. Wählen Sie **[AKTIVIEREN]** und drücken Sie **OK**.
2. Entscheiden Sie sich ob Daten Speichern erwünscht ist oder nicht, und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie **[DURCHGEHEN]** und drücken Sie **OK**.
4. Entscheiden Sie sich ob die ältesten Daten überschrieben dürfen, sobald der Speicherlimit erreicht ist, und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **[INTERVALL]** und drücken Sie **OK**.
6. Wählen Sie das erwünschte Zeitintervall zwischen den Speicherungen und drücken Sie **OK**.
7. Kehren Sie in den Messungen zurück mit **MODE**.
8. Speichern beginnt sofort. Inzwischen wird die Speichernummer angezeigt, z.B. **[LOG.00027]**.

Die gespeicherten Werte verarbeiten

1. Wählen Sie **[VERARBEITEN]** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **[TABELLE]** oder **[VERSENDEN]** um die gespeicherten Daten vorzuzeigen oder zu versenden, und drücken Sie **OK**. Verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.

Daten löschen

1. Wählen Sie **[VERARBEITEN]** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **[LÖSCHEN]** und drücken Sie **OK**. Verfolgen Sie die Anweisungen auf dem Schirm.

Externe Datenspeicherung in einen Computer über USB/RS232/Ethernet

1. Drücken Sie **MODE**.
 2. Wählen Sie **[SCHNITTSTELLE]** (nur Ethernet Modellen) und drücken Sie **OK**.
 3. Wählen Sie **[INTERVALL]** und drücken Sie **OK**.
 4. Wählen Sie das erwünschte Zeitintervall zwischen den gesendeten Daten und drücken Sie **OK**. Auf Null einstellen, wenn das automatische Ausdrucken nicht erwünscht.
 5. Wählen Sie **[BAUD]** und drücken Sie **OK**.
 6. Wählen Sie die erwünschte Übertragungsrate und drücken Sie **OK**.
- *Holen Sie einen kostenlosen Software und den erwünschten USB-Treiber oder einen Ethernet-Konfiguration-Dokument von www.consort.be ab.*

Specifications

Specifications		C30x0 - C30x1
pH	<i>Range</i>	-2...+16 pH
	<i>Resolution</i>	0.001 pH
	<i>Accuracy</i>	0.1% ± 1 digit
	<i>Calibration</i>	1...5 points
	<i>Buffers</i>	11 pre-programmed 5 user specified
	<i>Temperature compensation</i>	-5...+105 °C
	<i>ISO-pH</i>	6...8 pH
	<i>Slope</i>	80...120%
	<i>Zero point (Eo)</i>	±999 mV
	<i>Range</i>	±2000 mV
mV	<i>Resolution</i>	0.1 mV
	<i>Accuracy</i>	0.1% ± 1 digit
	<i>Calibration</i>	1 point
	<i>Range</i>	0.01 ng/l...100 g/l
ION (C303x only)	<i>Resolution</i>	3 digits
	<i>Accuracy</i>	0.5% ± 1 digit
	<i>Calibration</i>	2...5 points + blank
	<i>Range (cc dependent)</i>	0...2000 mS/cm
CONDUCTIVITY	<i>Resolution (cc dependent)</i>	0.001 µS/cm
	<i>Accuracy</i>	0.5% f.s. of range
	<i>Calibration</i>	1...3 points
	<i>Standards</i>	3 pre-programmed 3 user specified
	<i>Cell constant (cc)</i>	0.07...13 cm⁻¹
	<i>Temperature compensation</i>	-5...+105 °C
	<i>Reference temperature</i>	20° or 25 °C
	<i>Temperature coefficient</i>	natural waters (EN27888)
	<i>Range lock</i>	✓
	<i>Capacitive compensation</i>	✓
RESISTIVITY	<i>Range</i>	0...200 MΩ.cm
	<i>Resolution</i>	1 Ω.cm
SALINITY	<i>Range</i>	0.0...70.0
	<i>Reference temperature</i>	15 °C
TDS	<i>Range</i>	0...100 g/l
	<i>Resolution</i>	0.01 mg/l
DISSOLVED OXYGEN (C302x, C303x only)	<i>Range</i>	0...60 mg/l (0...600%)
	<i>Resolution</i>	0.01 mg/l (0.1%)
	<i>Accuracy</i>	1% ± 1 digit
	<i>Calibration</i>	1 point
	<i>Temperature compensation</i>	0...50 °C
	<i>Salinity compensation</i>	0...40
TEMPERATURE	<i>Air pressure compensation</i>	600...1300 hPa
	<i>Range</i>	-5...+105 °C
	<i>Resolution</i>	0.1 °C
	<i>Accuracy</i>	0.1 °C
	<i>Calibration</i>	1 point
AIR PRESSURE (C342x, C343x only)	<i>Range</i>	600...1300 hPa
	<i>Calibration</i>	1 point
CHANNELS	<i>Measurement</i>	2
	<i>Temperature</i>	2
INPUTS	<i>Measurement</i>	2 BNC, 10¹² Ω
	<i>Temperature</i>	2x2 banana, for Pt1000
CALIBRATION	<i>Reminder</i>	0...999 h
	<i>GLP</i>	✓
DISPLAY	<i>LCD</i>	240x64 pixels
	<i>White backlight</i>	✓
	<i>Hold function</i>	✓
	<i>Selectable resolution</i>	✓
	<i>Real time clock</i>	✓
COMMUNICATION	<i>Interface with computer</i>	USB or Ethernet
	<i>RS232, baud rate</i>	1200...115200 b/s
DATA-LOGGING	<i>Data sets</i>	12000 + °C/date/time
	<i>Modes</i>	all
	<i>Manual or timed</i>	✓
	<i>Interval</i>	1...9999 s
SECURITY	<i>Identification number</i>	✓
	<i>Password protection</i>	✓
AMBIENT CONDITIONS	<i>Temperature</i>	0...40 °C
	<i>Humidity</i>	0...95%, non condensing
POWER SUPPLY	<i>Mains</i>	100...240 VAC, 50/60 Hz
	<i>Low voltage</i>	9...15 VDC
DIMENSIONS	<i>WxDxH</i>	26x18x9 cm
WEIGHT	<i>Meter</i>	1 kg

NIST pH buffers

Temp.	1.68	4.01	6.87	9.18	12.45
0°C	1.666	4.003	6.984	9.464	13.423
5°C	1.668	3.999	6.951	9.395	13.207
10°C	1.670	3.998	6.923	9.332	13.003
15°C	1.672	3.999	6.900	9.276	12.810
20°C	1.675	4.002	6.881	9.225	12.627
25°C	1.679	4.008	6.865	9.180	12.454
30°C	1.683	4.015	6.853	9.139	12.289
40°C	1.694	4.035	6.838	9.068	11.984
50°C	1.707	4.060	6.833	9.011	11.705
60°C	1.723	4.091	6.836	8.962	11.449
70°C	1.743	4.126	6.845	8.921	
80°C	1.766	4.164	6.859	8.885	

Standard pH buffers

Temp.	2.00	4.00	7.00	9.21	10.01	12.00
5°C	1.85	3.99	7.08	9.45	10.24	12.56
10°C	1.89	3.99	7.06	9.38	10.18	12.35
20°C	1.96	3.99	7.02	9.26	10.06	12.14
25°C	2.00	4.00	7.00	9.21	10.01	12.00
30°C	2.03	4.01	6.99	9.16	9.87	11.89
40°C	2.08	4.03	6.98	9.06	9.89	11.71
50°C	2.12	4.06	6.97	8.99	9.83	11.52
60°C	2.14	4.09	6.98	8.93	9.79	11.33

Conductivity standards

Temp.	0.01 M	0.1 M	1 M	(mS/cm)
0°C	0.776	7.15	65.4	
5°C	0.896	8.22	74.1	
10°C	1.020	9.33	83.2	
15°C	1.147	10.48	92.5	
20°C	1.278	11.67	102.1	
25°C	1.413	12.88	111.8	
30°C	1.552	14.12	121.7	
35°C	1.694	15.38	131.7	
40°C	1.839	16.67	142.1	

Redox standards

Temp.	124	358	(mV)
0°C	156	388	
5°C	148	381	
10°C	141	376	
15°C	135	370	
20°C	130	364	
25°C	124	358	
30°C	122	352	
35°C	116	346	
40°C	99	340	

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product

**Multi-channel analysers
content of the type numbers**

**C3010, C3020, C3030, C3040, C3050, C3060
C3011, C3021, C3031, C3041, C3051, C3061
C3410, C3420, C3430, C3411, C3421, C3431**

to which this declaration relates is in conformity
with the following standards

LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

EN61010-1

EMC DIRECTIVE 2004/108/EC

EN61326-1

Consort bvba

Parklaan 36, B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: (+32) (0)14 41 12 79
Fax: (+32) (0)14 42 91 79
Sales: sales@consort.be

The electro-magnetic susceptibility has been chosen at a level that gains proper operation in residential areas, on business and light industrial premises and on small-scale enterprises, inside as well as outside of buildings. All places of operation are characterised by their connection to the public low voltage power supply system.

WARRANTY CERTIFICATE

This instrument (excluding all accessories) is warranted against defective material and workmanship for a period of thirty-six (36) months from the date of shipment ex factory.

Accessories and breakable items such as electrodes are not warranted unless proven to be defective before shipment.

The original purchase order numbers, Consort invoice numbers and serial numbers of the products must be provided.

CONSORT will repair all defective equipment returned to it during the warranty period without charge (CIF Turnhout prepaid by sender), provided the equipment has been used under normal laboratory conditions and in accordance with the operating limitations and maintenance procedures described in the instruction manual and when not having been subject to accident, alteration, misuse or abuse.

If the products have been used with or have come into contact with fluids, an MSDS (material safety data sheet) must be supplied prior to issuing a return authorisation.

A return authorisation must be obtained from **CONSORT** before returning any product for warranty repair on a freight prepaid basis!

Consort bvba

Parklaan 36 • B-2300 Turnhout • Belgium

Tel: (+32) (0)14 41 12 79

Fax: (+32) (0)14 42 91 79

Sales: sales@consort.be

Support: support@consort.be

Information: info@consort.be